

3. sz. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők!

Alulírott, **dr. Fodor Kata**, (Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 9. III/2) a **Heim Pál Gyermekkórház** (székhely: 1089 Budapest, Üllői út 86., a továbbiakban: „Ajánlatkérő”) képviselőjében eljárva, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2015. december 12. napján, **2015/S 241-437079** számon megjelent ajánlati felhívással (a továbbiakban: „ajánlati felhívás”) megindított az **„Adásvételi szerződés röntgen berendezések szállítására, üzembe helyezésére, javítására a jótállási időn belül, a felhasználók betanítására az „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” elnevezésű, KEOP-5.6.0/E/15-2015-0092 számú projekt keretében”** tárgyú közbeszerzési eljárásban (a továbbiakban: „közbeszerzési eljárás”) érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 56. § (5) bekezdése alapján az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtom:

1. KÉRDÉS:

1. rész: Digitális felvételező/átvilágító munkahely, motoros mozgatóval, távfelvételi állvánnyal - 1DB

Kérdés: Elfogadható-e egyenértékű megoldásként a távfelvételi állvány, a dönthető Bucky és Bucky rács nélküli berendezés megajánlása, amennyiben a berendezés a távfelvételi állvány nélkül alkalmas mellkas felvételezésre (SID min. 180 cm), illetve röntgen felvételezésre is?

VÁLASZ:

Igen, amennyiben az ajánlott berendezés a távfelvételi állvány nélkül alkalmas a mellkas felvételezésre (SID min. 180 cm), abban az esetben az Ajánlatkérő egyenértékű megoldásnak fogadja el a távfelvételi állvány nélküli, így a dönthető Bucky és Bucky rács nélküli berendezés megajánlását.

2. KÉRDÉS:

2. rész: Digitális mobil röntgen berendezés, csecsemők vizsgálatára is alkalmas

Kérdések:

- Elfogadható-e egyenértékű megoldásként 32 kW-os teljesítményű generátor megajánlása?
- Elfogadható-e egyenértékű megoldásként 0,5-320 mA tartományú generátor megajánlása?
- Elfogadható-e egyenértékű megoldásként, ha a megajánlott berendezés duál fókusszal rendelkezik, és a kis fókuszt teljesíti az előírt paramétert?
- Elfogadható-e egyenértékű megoldásként 15"-os monitorral rendelkező berendezés megajánlása?
- Elfogadható-e egyenértékű megoldásként, ha a röntgencsőhöz és a kollimátorhoz vezető kábelek biztonságosan szigetelve helyezkednek el a berendezésen?

VÁLASZOK:

- Igen, az Ajánlatkérő egyenértékű megoldásnak fogadja el a 32 kW-os teljesítményű generátor megajánlását.
- Igen, az Ajánlatkérő egyenértékű megoldásnak fogadja el a 0,5-320 mA tartományú generátor megajánlását.
- Igen, az Ajánlatkérő egyenértékű megoldásnak fogadja el, ha a megajánlott berendezés duál fókusszal rendelkezik, és a kis fókuszt teljesíti az előírt paramétert.
- Igen, az Ajánlatkérő egyenértékű megoldásnak fogadja el a 15"-os monitorral rendelkező berendezés megajánlását.

- Igen, az Ajánlatkérő egyenértékű megoldásnak fogadja el, ha a röntgensóhöz és a kollimátorhoz vezető kábelek biztonságosan szigetelve helyezkednek el a berendezésen.

3. KÉRDÉS:

Ajánlati felhívás:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Kezdet 25.12.2015.

Befejezés 29.12.2015

A sikeres teljesítés része 7 nap próbaüzem teljesítése, amely a teljesítési határidőbe beleszámít.

Kérdés: Kérjük T. Ajánlatkérőt, szíveskedjen az ellentmondást feloldani, mivel a szerződés kezdete és befejezése közti 4 napos időtartamban nem lehetséges 7 napos próbaüzemet teljesíteni.

VÁLASZ: Az ellentmondás feloldása érdekében a közbeszerzési dokumentumok a mai nap folyamán (2015. december 17.) módosításra kerültek.

4. KÉRDÉS:

3. rész:

Fogászati digitális panoráma röntgen készülék, cephalometriás kiegészítéssel, 3D CBCT-vel kombinálhatóan, teljes körű installációval

Előírás: Műszaki leírás:

Fogászati digitális panoráma röntgen készülék, cephalometriás kiegészítéssel, 3D CBCT-vel kombinálhatóan, teljes körű installációval		
Pácienspozicionálás: Álló, de lehetséges ülő is a megajánlott eszköz esetén	Igen/Nem	

Kérdés:

Jól gondoljuk-e, hogy megajánlható olyan röntgen készülék, mely nem álló pozicionálású?

VÁLASZ: Ajánlatkérő álló, illetőleg ülő pozicionálású röntgen készüléket is elfogad.

Budapest, 2015. december 17.

ELSŐ MAGYAR KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ ZRT.

1051 Budapest, Herceghyprímás utca 14.

Telefon: +36 (1) 43363000

Bankszámla: 11690006-00000000000000000000

Fővárosi Bíróság Cg/15/00000000000000000000

Ajánlatkérő képviselőjében:

Dr. Fodor Kata

Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.