



Iktatószám: HCPT-KI-LEV-0034-17

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Ajánlatkérő neve: Heim Pál Gyermekkorház (1089 Budapest, Üllői út 86.)

Eljárás tárgya: „Gyermek MR Laboratórium kialakítása a Heim Pál Gyermekkorházban elnevezésű projekt keretén belül” 3 teszt MR-készülék és tartozékainak beszerzése, beépítése, üzembe helyezése és a kapcsolódó járulékos munkák elvégzése vállalkozással vegyes adásvételi szerződés alapján.

Eljárás típusa: Kbt. 81. § szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás.

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Ajánlatkérő a fenti tárgyban a Kbt. 81. § szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárást indított 2017.09.05 napján (A felhívás feladásának napja), melynek ajánlati felhívása az Európai Unió Hivatalos Lapjában TED 2017/S 172-351904 számon, 2017.09.08.-án jelent meg. Ajánlatkérő a tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban beérkezett kérdésekre az alábbi válaszokat adja meg:

I. 2017.10.10-én érkezett kiegészítő tájékoztatás kérés

1. Kérdés:

„Az MR kompatibilis monitorral kapcsolatban megfogalmazásra került a 400 Gauss kompatibilitás, mint minimumkövetelmény

Piaci ismereteink szerint a jelenleg elérhető MR kompatibilis monitorok közül csupán egy gyártó rendelkezik 400 vagy előtti Gauss kompatibilitással, továbbá az általunk megajánlani kívánt monitor EKG és SpO2 érzékelői kábelmentes kommunikációval biztosítják a méréseket, az NIBP méréshez pedig közel 4 méter hosszú „levegőcsövet” biztosít a gyártó, így a 400 Gauss kompatibilitásra nincs is szükség, hiszen a monitort nem szükséges közvetlenül az MR készülék mellé elhelyezni. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a verseny indokolatlan korlátozásának elkerülése (nem csak az MR monitor, hanem részajánlat tételi lehetőség hiányában a teljes csomag tekintetében) és a tiszta versenyhelyzet érdekében módosítsa az elvárást min. 200 Gauss kompatibilitásra.”

Válasz: A 400 Gauss túrés általános elvárás az MR kompatibilis monitorok körében, és tudomásunk szerint legalább 4 gyártó gyárt olyan MR kompatibilis monitort, amely rendelkezik az előírt paraméternek megfelelő Gauss kompatibilitással.

Betegbiztonsági okokból ajánlatkérő nem kívánja korlátozni az MR kompatibilis monitorok az MR berendezéstől való távolságát, ezért nem módosítjuk az elvárást.



II. 2017.10.12.-én érkezett kiegészítő tájékoztatás kérés

1. Kérdés:

Hivatkozva a 2017/S 172-351904 számon megjelent „Gyermek MR Laboratórium kialakítása a Heim Pál Gyermekkorházban elnevezésű projekt keretén belül, 3T MR készülék beszerzése” elnevezésű eljárás Ajánlati Felhívásában, illetve Ajánlati Dokumentációjában, valamint a HCPT-KI-LEV-0032-17 iktatószám alatt 2017.10.05.-i keltezéssel kibocsátott kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra ezúton kérjük, hogy számunkra az MR telepítéssel érintett építészeti helyszín megtekintését biztosítani szíveskedjenek.

Válasz: Ajánlatkérő az alábbiak alapján ad lehetőséget a helyszíni bejárásra:

Helye: 1089 Budapest, Üllői út 86.

Időpontja: 2017.10.18. 9:00 óra

Találkozó helye: G épület melletti parkoló

Kontakt: Friss András

Kelt: Budapest, 2017.10.13.

Tisztelettel:

dr. Nagy-Zvér Ildikó
dr. Nagy-Zvér Ildikó
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szakértő
Lajstromszám: 00670
1203 Budapest, Téglagyártó u. 15/B. fsz.:2
dr. Nagy-Zvér Ildikó

Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó

Lajstromszám: 00670

a Heim Pál Gyermekkorház, mint Ajánlatkérő képviselőjében és nevében eljárva