

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433323-2017:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Budapest: Orvosi felszerelések
2017/S 209-433323**

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetés

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 172-351904)

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Heim Pál Gyermekkorház
AK02968
Üllői út 86.
Budapest
1089
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palócz Norbert
Telefon: +36 302636313
E-mail: gazdigtitk@heimpal.hu
Fax: +36 14599154
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <http://heimpalkorhaz.hu>

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:

„Gyermek MR Laboratórium kialakítása a Heim Pál Gyermekkorházban elnevezésű projekt keretén belül” 3 teszt MR készülék beszerzése.

II.1.2) Fő CPV-kód

33100000

II.1.3) A szerződés típusa

Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:

1 db MR berendezés beszerzése. Az MR Centrumot a műszaki leírásban szereplő specifikációkkal, kulcsrakész kialakítással kell átadni.

AK tájékoztatja t. ajánlattevőket, hogy a II.1.1.) pont karakterkorlátozás miatt került meghatározásra röviden.

A teljes elnevezés: „Gyermek MR Laboratórium kialakítása a Heim Pál Gyermekkorházban elnevezésű projekt keretén belül” 3 teszt MR- készülék és tartozékainak beszerzése, beépítése, üzembe helyezése és a kapcsolódó járulékos munkák vállalkozással vegyes adásvételi szerződés alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

26/10/2017

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2017/S 172-351904](#)

VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész

Szakasz száma: II.2.5

A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok

A következő helyett:

Minőségi kritérium – Név: Ajánlott MR berendezésnél RF rendszer esetében RF adó ADC bitmélység min. 16 bit megajánlás esetén (1 pont), ≥ 19 bit megajánlás esetén (10 pont)/ súlyszám 5.

Minőségi kritérium – Név: Ajánlott MR berendezésnél a kocsi közvetlenül a páciensasztal fölé tolható, a fedlapon és a fedlappal beteg a páciensasztalra helyezhető, átfektetése nem szükséges (Igen/Nem)/súlyszám 5
Helyesen:

Minőségi kritérium – Név: Ajánlott MR berendezésnél RF rendszer esetében RF vevő ADC bitmélység min. 16 bit megajánlás esetén (1 pont), ≥ 19 bit megajánlás esetén (10 pont)/ súlyszám 5

Minőségi kritérium – Név: Ajánlott MR berendezésnél a beteg előkészítése a segédkocsin és/vagy a lecsatolható asztalon már az előző beteg MR vizsgálatával egyidőben megtörténhessen az MR helyiségen kívül úgy, hogy az így előkészített beteg betolva az MR helyiségbe átfektetés nélkül vizsgálható legyen.(Igen/Nem)/ súlyszám 5

Szakasz száma: IV.2.2

A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

A következő helyett:

Dátum: 27/10/2017

Helyi idő: 11:00

Helyesen:

Dátum: 13/11/2017

Helyi idő: 11:00

Szakasz száma: IV.2.7

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei

A következő helyett:

Dátum: 27/10/2017

Helyi idő: 11:00

Helyesen:

Dátum: 13/11/2017

Helyi idő: 11:00

VII.2) További információk:

Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívás mellett, a közbeszerzési dokumentáció és a szerződéstervezet is módosításra került. Kérjük, hogy az ajánlat elkészítése és benyújtása során a módosított közbeszerzési dokumentumokat szíveskedjenek figyelembe venni. A közbeszerzési dokumentumok módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályba maradnak.